



报告编号 L.Sac2013-1128

测试结果

1. 测试结果

根据客户要求, 用 B&K4231 声校准器测试样品在 94 dB 和 114 dB 时声压级, 其结果见表 1。

表 1

标称声压级/dB	测试声压级/dB
94	94.2
114	114.0

以下空白

测试员:

牛峰

核验员:

许欢

2013.05