



证书编号 LSac2012-0833

## 检定结果

六、F 时间加权:

衰减速率: F 38.4 dB/s

七、猝发音响应(A 加权):

表 2

单个猝发音持续时间/ms	猝发音响应/dB
	$L_{AFmax} - L_A$
500	-0.2
200	-0.7
50	-4.9
10	-11.0

以下空白

敬告:

1. 被检计量器具修理后, 应立即重新检定。
2. 在使用过程中, 如对被检定计量器具的技术指标产生怀疑, 请重新检定。